

# Mobile Device & OS Compatibility

**[Click here for English](#)**

**[Haga clic aquí para ver la versión en español](#)**

# MOBILE DEVICE & OS COMPATIBILITY

Popular mobile devices and operating systems (OS) are regularly tested to evaluate NFC scan performance and app compatibility with Sensors.

## Minimum Requirements

**NFC** (“near field communication”) is needed to scan and start Sensors

*The position of the NFC antenna varies in each phone*

The tables below list the devices and operating systems that are either recommended or not recommended for use with Sensors.

**Table 1:** Recommended app, device, and operating systems

APP / VERSION	DEVICES	OS
<b>FreeStyle LibreLink</b> (version 2.2)	iPhone 7, 7 Plus, 8, 8 Plus, X	iOS: 11, 12, 13 Android: 5, 6, 7, 8, 9, 10
	Samsung Galaxy S5, Galaxy S6, Galaxy S7, Galaxy S7 Edge, Galaxy S8, Galaxy S8+, Galaxy S9	
	Google Pixel, Pixel 2, Pixel 2 XL	
	Nexus 5X, 6P	
	OnePlus 5T	

**Table 2:** Not recommended device and/or operating system

APP / VERSION	DEVICE	OS
<b>FreeStyle LibreLink</b> (version 2.2)	Samsung Galaxy S6 (SM-G920A, SM-G920V, SM-G920T)	Android 9, 10

These tables will be updated as other devices and operating systems are evaluated. For devices and OS other than those listed, Abbott Diabetes Care has not evaluated compatibility. Jailbroken devices and beta OS versions are not evaluated or supported.

# COMPATIBILIDAD CON DISPOSITIVOS MÓVILES Y SISTEMAS OPERATIVOS

Los dispositivos móviles y sistemas operativos más populares se prueban regularmente para evaluar el rendimiento del escaneo NFC y la compatibilidad de las aplicaciones con los sensores.

## Requisitos mínimos

Se necesita **NFC** ("comunicación de campo cercano") para escanear e iniciar los sensores.

*La posición de la antena de NFC varía según el teléfono.*

La tabla a continuación muestra la lista de dispositivos y sistemas operativos que se recomienda o no se recomienda usar con los sensores.

**Tabla 1:** Aplicación, dispositivo y sistemas operativos recomendados

APLICACIÓN / VERSIÓN	DISPOSITIVOS	SISTEMA OPERATIVO
<b>FreeStyle LibreLink</b> (versión 2.2)	iPhone 7, 7 Plus, 8, 8 Plus, X	iOS: 11, 12, 13 Android: 5, 6, 7, 8, 9, 10
	Samsung Galaxy S5, Galaxy S6, Galaxy S7, Galaxy S7 Edge, Galaxy S8, Galaxy S8+, Galaxy S9	
	Google Pixel, Pixel 2, Pixel 2 XL	
	Nexus 5X, 6P	
	OnePlus 5T	

**Tabla 2:** Dispositivo y/o sistema operativo no recomendado

APLICACIÓN / VERSIÓN	DISPOSITIVO	SISTEMA OPERATIVO
<b>FreeStyle LibreLink</b> (versión 2.2)	Samsung Galaxy S6 (SM-G920A, SM-G920V, SM-G920T)	Android 9, 10

Estas tablas se actualizarán a medida que se evalúen otros dispositivos y sistemas operativos. Abbott Diabetes Care no ha evaluado la compatibilidad de otros dispositivos y sistemas operativos diferentes a los indicados en la lista. No se evalúan ni se brinda soporte a los dispositivos con una configuración ilegítima ni a las versiones beta de los sistemas operativos.